

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇൻസിനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

143 (1503) ആശുപത്രികളിൽ കേടായിക്കിടക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ് :

ശ്രീ. കെ.എ. ചന്ദ്രൻ :

ശ്രീ. കെ.പി. വിശ്വനാഥൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജാശുപത്രികൾ, ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം വിലവരുന്ന എത്ര യന്ത്രങ്ങൾ കേടായിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്;

(ബി) ഇവ എത്ര കാലമായി കേടായിക്കിടക്കുന്നു;

(സി) യന്ത്രങ്ങൾ കേടായാലുടനെ അവ നന്നാക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാടുകൾ നിലവിലുണ്ട്;

(ഡി) ഈ ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കേടാകുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നന്നാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്ത്;

(ഇ) ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനാവശ്യമായ നടപടിക്രമം സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി) വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

(സി) പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പീരിയഡും, കമ്പനിയുമായി മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗ്യാരണ്ടി പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും, തീരെ ഉപയോഗശൂന്യമാണെങ്കിൽ അവ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിന് ഐ.എച്ച്.ആർ. ഡി.യുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അതതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മേലധികാരികൾക്ക് അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ മുഖാന്തിരം ക്വട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കാം.

(ഡി) യന്ത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽനിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വന്നതിനുശേഷമേ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് സാധാരണഗതിയിൽ സമയമെടുക്കാറുണ്ട്.

(ഇ) കാലതാമസം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾതന്നെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

144 (1504) പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററാക്കാൻ നടപടി

ശ്രീ. ടി.കെ. ബാലൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ: